



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6<sup>η</sup> Υ.ΠΕ.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

**Τμήμα:** Οικονομικό  
**Γραφείο:** Προμηθειών  
**Πληροφορίες:** Δρίβα Ελένη  
**Ταχ. Δ/ση:** Μολάοι Τ.Κ. 23052  
**Τηλέφωνο:** 2732 360 109  
**E-mail:** [promitheies@hosmol.gr](mailto:promitheies@hosmol.gr)

**Μολάοι: 11-03-2024**  
**Α.Π.:2339**

**ΠΡΟΣ**  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**Θέμα:** Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας «**Συσκευών παρακολούθησης κορεσμού του αίματος σε οξυγόνο (οξύμετρα) και ηλεκτρονικών πιεσόμετρων με CPV: 35125100-7 & 33123100-9**».

Το Γ.Ν. Λακωνίας – Ν.Μ. Μολάων προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν την προσφορά τους για την προμήθεια «Συσκευών παρακολούθησης κορεσμού του αίματος σε οξυγόνο (οξύμετρα) και ηλεκτρονικών πιεσόμετρων με CPV: 35125100-7 & 33123100-9». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 906,44€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του ΚΑΕ 7131 προϋπολογισμού έτους 2024.

Τα είδη αναλύονται ως εξής:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Οξύμετρα	TEM	17	18,00 €	306,00 €
2	Ηλεκτρονικά πιεσόμετρα βραχίονα	TEM	17	25 €	425,00€
				ΜΕΡ.ΣΥΝ.	731,00 €
				Φ.Π.Α 24%	175,00 €
				ΓΕΝ.ΣΥΝ.	906,44 €

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### 1. Είδος Οξύμετρα:

- Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.
- Να είναι αντοχής, για συχνή χρήση και από πολλούς χρήστες.
- Να έχει εύρος μέτρησης της παλμικής οξυμετρίας από 60-99% περίπου. Να παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα στην μέτρηση. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση οι σχετικές κλίμακες ακρίβειας μέτρησης ανά κλίμακα τιμών παλμικής οξυμετρίας.
- Να είναι όσο το δυνατόν πιο ελαφρύ.
- Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη OLED (για ευκρίνεια και ευκολία στην ανάγνωση των τιμών), με ρυθμιζόμενη φωτεινότητα και αυτόματη και γρήγορη απενεργοποίηση (μετά την απομάκρυνση από το δάκτυλο).
- Η παλμική οξυμετρία να εμφανίζεται με αριθμητική τιμή και με γραφικό τρόπο στην οθόνη. Επιπλέον, στην οθόνη να απεικονίζεται με αριθμητική τιμή και ο αριθμός καρδιακών παλμών (σφύξεων) του ασθενή.
- Να έχει απαραίτητα ένδειξη χαμηλής μπαταρίας.
- Να διαθέτει δική του θήκη προστασίας.
- Να διαθέτει ιμάντα συγκράτησης με άγκιστρο ζώνης.
- Η εγγύηση καλής λειτουργίας να είναι για τουλάχιστον δύο (2) έτη.
- Να τροφοδοτείται από αλκαλικές μπαταρίες μεγέθους AAA (έως δύο τεμάχια)
- Οι οδηγίες χρήσης να είναι και στην Ελληνική Γλώσσα.
- Να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια-prospectus του κατασκευαστικού οίκου για το προσφερόμενο είδος.
- Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει μαζί με την προσφορά να κατατεθούν τα ανάλογα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στην κατηγορία στην οποία έχει ταξινομηθεί το εν λόγω προϊόν. Το προσφερόμενο προϊόν να διαθέτει απαραίτητα σήμανση CE Mark από πιστοποιημένο οργανισμό.
- Να κατατεθεί ISO 9001 και 13485 του κατασκευαστικού οίκου.
- Επί ποινής απόρριψης να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση, το οποίο θα επιστραφεί μετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας.

- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης.

## 2. Ηλεκτρονικά πιεσόμετρα βραχίονα

- Να είναι κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση και να είναι εύχρηστο
- Να παρέχει ακρίβεια στην μέτρηση και αξιόπιστα αποτελέσματα
- Να λειτουργεί με αλκαλικές μπαταρίες του εμπορίου
- Να απεικονίζει συστολική, διαστολική πίεση, καρδιακό παλμό και ένδειξη φυσιολογικών ορίων
- Να διαθέτει περιχειρίδα βραχίονα ενηλίκων με εργονομική εφαρμογή
- Να παρέχει ένδειξη πληρότητας μπαταρίας και κωδικούς τυχόν σφαλμάτων
- Να διαθέτει εύρος μέτρησης από 0-290 mmHg με ακρίβεια  $\pm 3$ mmHg, με διαβάθμιση 1 mmHg
- Να διαθέτει εύρος μέτρησης καρδιακού ρυθμού 40-240 bpm
- Να διαθέτει αυτόματη απενεργοποίηση σε φάση αδράνειας
- Να διαθέτει μεγάλη, ευκρινή, έγχρωμη και ευανάγνωστη οθόνη LED
- Να αποθηκεύει πάνω από 100 μετρήσεις με αριθμητική ένδειξη στην οθόνη
- Εγγύηση καλής λειτουργίας από τρία (3) έτη και άνω
- Η συσκευή να φέρει CE και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO
- Να παρέχει τεχνική κάλυψη και ανταλλακτικά για 10 έτη
- Η συσκευή να φέρει CE και ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO
- Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με ISO 9001 & 13485 και πιστοποιημένη από τον κατασκευαστικό οίκο
- Να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια –prospectus του κατασκευαστικού οίκου για το προσφερόμενο είδος
- Επί ποινής απόρριψης να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση, το οποίο θα επιστραφεί μετά το τέλος της διαγωνιστικής διαδικασίας.
- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης

<b>ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ)</b>			
<b>2339/2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ</b>			
<b>A/A</b>	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ</b>
1	ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΠΑΛΜΟΥ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ	ΝΑΙ	
2	ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ	ΝΑΙ	

## 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
  - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
  - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  - Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
  - Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
  - Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν ογδόντα 180 ημέρες

## ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής [www.hoslak.gr](http://www.hoslak.gr). Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

*Η παράδοση των ειδών θα είναι κατόπιν παραγγελίας εντός δέκα (10) ημερών.*

**ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:** είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

#### **ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ**

- *Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας .....*  
*Με Αρ. Προσφοράς 2339, Υπόψη κ. Δρίβα Ελένης Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Μολάων Τ.Κ: 23 052 Μολάοι Λακωνίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή **15-03-2024** στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Μολάων.*
- **Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.**

#### **ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ**

Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :

- Το ν. 4412/2016 (Α' 147) "*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*"
- Το ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
- Το ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ - Ν.Μ. ΜΟΛΑΩΝ

Δρ. Κορωνιός Κωνσταντίνος, M.B.A., M.Sc, PostDoc(c)