



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ

Ημερομηνία : 04.10.2024

Αρ. Πρωτοκ : Φ/Λ/17/ 9691

Αρ. Προσφοράς : 37

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Υποδιεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Οικονομικού, Γραφείο Προμηθειών

Πληροφορίες : κ. Αθανασάκος Γεώργιος, Τηλέφωνο 27310-93390, e-mail: gprom@hosplak.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικά :

- Η υπ' αριθμό 31^η/25.09.2024 (Θέμα 7^ο) με ΑΔΑ: Ψ1ΩΜ46907Η-50Γ Απόφαση έγκρισης προμήθειας του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λακωνίας
- Η Δέσμευση πίστωσης της Ν.Μ. Σπάρτης 413/27.09.2024 με ΑΔΑ : ΨΟΠΨ46907Η-4ΣΚ
- Η Δέσμευση πίστωσης της Ν.Μ. Μολάων 287/30.09.2024 με ΑΔΑ : 9ΗΥΔ46904Δ-ΜΧΦ

Σε εκτέλεση των ανωτέρω το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Ν. Μ. Σπάρτης και Ν. Μ. Μολάων), προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας «**Αεροστρωμάτων κατάκλισης με ηλεκτρική αντλία**», προϋπολογισθείσας δαπάνης **επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι έξι ευρώ (7.626,00€)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (6.100,80€ για την Ν. Μ. Σπάρτης και 1.525,20€ για την Ν. Μ. Μολάων), όπως αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α
1	ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ	205,00	24	4.920,00
			Φ.Π.Α 24%	1.180,80 €
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	6.100,80 €
Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ				
A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ Φ.Π.Α
2	ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ	205,00	6	1.1230,00
			Φ.Π.Α 24%	295,20 €
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.525,20 €

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

1. Τα αεροστρώματα να είναι κατάλληλα για νοσοκομειακή χρήση και κατασκευασμένα από υλικό PVC, υποαλλεργικό (φιλικό στο δέρμα).
 2. Να διαθέτει ραβδώσεις (σωληνωτό), για καλύτερη κατανομή του βάρους και αερισμό.
 3. Να διαθέτει προεκτάσεις στα δύο άκρα του, για να εφαρμόζει κάτω από το στρώμα της κλίνης προς αποφυγή ολισθηρότητας.
 4. Να διατίθεται με μηχανισμό, δηλαδή σετ με ηλεκτρική αντλία αέρα.
 5. Η αντλία θα πρέπει να λειτουργεί ως ρυθμιστής της πίεσης του αέρα, ανάλογα με το βάρος και τις ανάγκες του ασθενή.
 6. Η αντλία να έχει αθόρυβη λειτουργία.
 7. Να διαθέτει ειδικές λαβές η αντλία για στερέωση στην κλίνη.
 8. Η λειτουργία να βασίζεται στις ανεπαίσθητες κινήσεις του στρώματος, προκαλώντας μασάζ και υπεραιμία στο σώμα του ασθενή.
 9. Το αερόστρωμα να επιτρέπει την καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και οξυγόνωσης των ιστών, για την πρόληψη και αποφυγή δημιουργίας κατακλίσεων.
 10. Να διαθέτει αδιάβροχο κάλυμμα για προστασία και εύκολο καθαρισμό.
 11. Η αντλία να διαθέτει ένδειξη κανονικής ή χαμηλής πίεσης.
 12. Οι διαστάσεις στρώματος 87cm (Π) x 190cm (Μ) x 11cm (Υ) φουσκωμένο περίπου (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι προεκτάσεις).
 13. Τάση αντλίας: 220 V / 50 Hz.
 14. Παροχή αέρος αντλίας: 5 Lt / min.
 15. Κύκλος εναλλαγής : 12 min.
 16. Ισχύς αντλίας: 7 Watt.
 17. Οι διαστάσεις αντλίας : 24 cm (Μ) x 12 cm (Π) x 11 cm (Υ) περίπου με μικρό βάρος.
 18. Εγγύηση καλής λειτουργίας αντλίας δύο (2) ετών.
 19. Εγγύηση καλής λειτουργίας του αεροστρώματος ενός (1) έτους.
 20. Να είναι κατάλληλα για χρήση σε ασθενείς βάρους 140 Kg (\pm 5 kg.).
 21. Να κατατεθούν οδηγίες καθαρισμού - απολύμανσης.
 22. Να φέρει σήμανση CE Mark και να κατατεθεί έγγραφο που να το πιστοποιεί.
- Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές επί των ανωτέρω απαιτήσεων.

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(A/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/A/26-03-2014), στην οποία θα δηλώνεται:
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

- Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
- Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
- Φορολογική ενημερότητα
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Ποινικό Μητρώο Εκπροσώπου/ων
- Πιστοποιητικό αναλυτικής εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
- Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hosplak.gr και στο <http://eprocurement.gov.gr>. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των εκατόν είκοσι (120) ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η παράδοση των ειδών θα είναι εφάπαξ κατόπιν παραγγελίας και σε διάστημα έως είκοσι (20) ημέρες στην εκάστοτε νοσηλευτική μονάδα .

3. **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:** είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- *Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας*
Με Αρ. 37 Προσφοράς , Υπόψη κ. Αθανασάκο Γεώργιο, Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Σπάρτης Τ.Κ: 231 00 Σπάρτη Λακωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις 18.10.2024 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.
- **Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.**

5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από : Του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- Του ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
- Του ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ