



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6^η Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Τμήμα: Οικονομικό
Πληροφορίες: Μουτσατσός Μανώλης
Ταχ. Δ/ση: Μολάοι Τ.Κ. 23052
Τηλέφωνο: 2732 360 108
E-mail: m_moutsatsos@hosmol.gr

Μολάοι 21/11/2024
Α.Π.: 11168

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «**Ιατρικών Αναλωσίμων**» για κάλυψη των αναγκών του Γ. Ν. Λακωνίας (Ν. Μ. Σπάρτης και Ν.Μ. Μολάων).

Σχετικά:

- Η υπ' αρ. 36η/31-10-2024 (θέμα 6^ο) με ΑΔΑ: 6Χ5Υ46907Η-ΜΣΕ Απόφαση έγκρισης προμήθειας του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Η Δέσμευση πίστωσης της Ν.Μ. Σπάρτης 370/01.08.2024 με ΑΔΑ : 9ΝΝΚ46907Η-ΠΙ1.
- Η Δέσμευση πίστωσης της Ν.Μ. Μολάων 333/20.11.2024 με ΑΔΑ : 6Σ0Τ46904Δ-Η7Φ.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας (Ν. Μ. Σπάρτης και Ν. Μ. Μολάων), προβαίνει στη διενέργεια πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας «**Ιατρικών Αναλωσίμων**», προϋπολογισθείσας δαπάνης **είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεπτά ευρώ και εξήντα εννέα λεπτών (24.417,69 €)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., (21.879,88 € για την Ν. Μ. Σπάρτης και 2.537,81 € για την Ν. Μ. Μολάων), όπως αναλύεται στους παρακάτω πίνακες:

Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ								
Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α	ΔΑΠΑΝΗ
1	ΣΑΚΟΙ ΕΜΕΣΜΑΤΩΝ	ΤΜΧ	600,00	0,80	480,00	24%	115,20	595,20 €
2	ΣΑΚΟΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	ΤΜΧ	200,00	0,40	80,00	24%	19,20	99,20 €

3	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1200 WATT & 600 WATT (ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ)	ΤΜΧ	130,00	8,00	1040,00	24%	249,60	1.289,60 €
4	ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	ΤΜΧ	100,00	1,40	140,00	24%	33,60	173,60 €
5	ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΕΛΞΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	ΤΜΧ	60,00	2,18	130,80	24%	31,39	162,19 €
6	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 4mm	ΤΜΧ	500,00	0,052	26,00	24%	6,24	32,24 €
7	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 2,5 mm	ΤΜΧ	500,00	0,060	30,00	24%	7,20	37,20 €
8	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΚΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ)	ΤΜΧ	100,00	4,75	475,00	24%	114,00	589,00 €
9	ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ)	ΤΜΧ	100,00	4,75	475,00	24%	114,00	589,00 €
10	JEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 LT	ΔΟΧΕΙΑ	35,00	10,00	350,00	24%	84,00	434,00 €
11	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ 151X100X150	ΤΜΧ	60,00	1,60	96,00	24%	23,04	119,04 €
12	ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ REVCO	ΤΜΧ	2,00	200,00	400,00	24%	96,00	496,00 €
13	ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΔΩΤΗ ΝΙΗΟΝ ΚΟΔΕΝ 50X100X300	ΤΜΧ	30,00	1,60	48,00	24%	11,52	59,52 €
14	ΚΡΕΜΑ ΖΕΛΕ ΓΙΑ Η.Κ.Γ. & ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 250 ml	ΤΜΧ	30,00	1,80	54,00	24%	12,96	66,96 €
15	ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α) LEON PLUS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LOWENSTEIN Β) PERSEUS A500 Γ) PRIMUS ΟΙΚΟΥ DRAEGER)	ΤΜΧ	50,00	31,50	1575,00	24%	378,00	1.953,00 €
16	ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΑΝΙΤΟΛΗΣ ΣΟΡΒΙΤΟΛΗΣ (3 LT)	ΤΜΧ	200,00	4,20	840,00	13%	109,20	949,20 €
17	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΕ ΟΠΗ	ΤΜΧ	30,00	3,50	105,00	13%	13,65	118,65 €
18	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ	ΤΜΧ	150,00	16,00	2400,00	13%	312,00	2.712,00 €
19	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α) LEON PLUS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LOWENSTEIN Β) PERSEUS A500 Γ) PRIMUS ΟΙΚΟΥ DRAEGER)	ΤΜΧ	100,00	2,30	230,00	24%	55,20	285,20 €
20	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΚΟΠΗΣ	ΤΜΧ	10,00	180,00	1800,00	24%	432,00	2.232,00 €
21	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ	ΤΜΧ	2,00	180,00	360,00	24%	86,40	446,40 €
22	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ	ΤΜΧ	2,00	180,00	360,00	24%	86,40	446,40 €
23	ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 57MMX30MM	ΤΜΧ	50,00	2,00	100,00	24%	24,00	124,00 €
24	ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ MAC 2000 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:210mm*295mm*150 sh	ΤΜΧ	200,00	4,75	950,00	24%	228,00	1.178,00 €

25	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΑC 800 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 110mm*140mm*142sh	TMX	50,00	2,50	125,00	24%	30,00	155,00 €
26	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ Η.Κ.Γ ΡΟΛΟ ΜΕ ΚΑΡΕ 50ΧΙΛ X 20 ΜΕΤΡΑ	TMX	120,00	1,10	132,00	24%	31,68	163,68 €
27	ΣΤΕΙΡΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ15 -25 ml	TMX	720,00	3,50	2520,00	24%	604,80	3.124,80 €
28	ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 16G	TMX	20000,00	0,06	1200,00	24%	288,00	1.488,00 €
29	ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 27 G	TMX	200,00	1,60	320,00	24%	76,80	396,80 €
30	ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟΙ (CYSTITOME) 27 G	TMX	100,00	1,00	100,00	24%	24,00	124,00 €
31	ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΑ ΒΕΛΟΝΑ ATKINSON 25 G (RETROBULBAR)	TMX	200,00	2,00	400,00	24%	96,00	496,00 €
32	ΚΑΝΟΥΛΑ VECTIS 25G (ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ	TMX	100,00	6,00	600,00	24%	144,00	744,00 €
24731					17.941,80		3.938,08€	21.879,88 €

N. M. ΜΟΛΑΩΝ								
A/A	ΕΙΔΟΣ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ Φ.Π.Α	ΠΟΣΟ Φ.Π.Α	ΔΑΠΑΝΗ
33	ΣΑΚΟΙ ΕΜΕΣΜΑΤΩΝ	TMX	200	0,80	160,00	24%	38,40	198,40 €
34	ΣΑΚΟΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	TMX	100	0,40	40,00	24%	9,60	49,60 €
35	ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	TMX	120	1,40	168,00	24%	40,32	208,32 €
36	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ	TMX	150	0,078	11,70	24%	2,81	14,51 €
37	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 4mm	TMX	100	0,052	5,20	24%	1,25	6,45 €
38	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΚΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ)	TMX	8	4,75	38,00	24%	9,12	47,12 €
39	ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ)	TMX	18	4,75	85,50	24%	20,52	106,02 €
40	JEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 LT	ΔΟΧΕΙΑ	10	10,00	100,00	24%	24,00	124,00 €
41	ΚΡΕΜΑ ΖΕΛΕ ΓΙΑ Η.Κ.Γ. & ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 250ML	TMX	10	1,80	18,00	24%	4,32	22,32 €
42	ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (LEON & DRAEGER)	TMX	12	31,50	378,00	24%	90,72	468,72 €

43	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΠΑΙΔΩΝ	TMX	96	6,30	604,80	24%	145,15	749,95 €
44	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ	TEMAXIO	30	16,00	480,00	13%	62,40	542,40 €
			854		2.089,20		448,61 €	2.537,81 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
1 & 33	ΣΑΚΟΙ ΕΜΕΣΜΑΤΩΝ	<p>Ο σάκος να είναι πλαστικός</p> <ul style="list-style-type: none"> -Να περιέχει ειδικό υλικό που στερεοποιεί τα υγρά, μετατρέποντάς τα σε ζελέ και καταπολεμά την κακοσμία -Να έχει κορδόνι για ασφαλές κλείσιμο -Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση
2 & 34	ΣΑΚΟΙ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	<p>Αυτοδιαλυόμενοι, υδατοδιαλυτοί σάκοι μεταφοράς ακάθαρτου ιματισμού</p> <ul style="list-style-type: none"> -Κατασκευασμένοι από άριστα ποιοτικά υλικό, διαφανούς χρώματος, το οποίο να ελαχιστοποιεί τη διασπορά μικροβίων στο περιβάλλον - Να φέρουν ενσωματωμένη κορδέλα ασφαλείας για το ερμητικό κλείσιμο των σάκων, το οποίο να λιώνει στα πρώτα στάδια του πλυσίματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το άνοιγμα των σάκων -Οι σάκοι να βιοδιασπώνται σε λίγα λεπτά με την σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του πλυσίματος -Να είναι ανθεκτικοί ώστε να αποφεύγεται τυχόν καταστροφή τους κατά την τοποθέτηση και μεταφορά του ιματισμού -Να είναι πλήρως βιοδιασπώμενοι και να μην αφήνουν υπολείμματα στον ιματισμό καθώς επίσης και στα πλυντήρια -Στην επιφάνειά τους να φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη για την επικινδυνότητα του ακάθαρτου ιματισμού με κόκκινα γράμματα στα ελληνικά «ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΑΘΑΡΤΟΣ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ» -Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση
3	ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1200 WATT & 600 WATT (ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ)	<p>Διαθερμία σε μορφή στυλό για τον ηλεκτροκαυτηριασμό μικρών αγγείων σε αποστειρωμένη συσκευασία. Η αιχμηρή άκρη του, 28 mm, είναι ιδανική για πλήθος εφαρμογών σε τομείς της Γυναικολογίας, της Θωρακοχειρουργικής, της Αγγειοχειρουργικής, της Πλαστικής Χειρουργικής, της Ορθοπαιδικής αλλά και της Ουρολογίας. Η θερμοκρασία του άκρου αγγίζει τους 1200 ° C. Η μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (60 λεπτά) προσφέρει ευχέρεια επιλογών και οικονομία</p>
4 & 35	ΣΚΩΡΑΜΙΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ	<p>Από λευκό, σκληρό πλαστικό πολλαπλών χρήσεων, με χειρολαβή για γυναικεία χρήση</p>
5	ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΕΛΞΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	<p>Υποαλλεργικές</p> <ul style="list-style-type: none"> -Εύχρηστες -Να αποτελούνται από αυτοκόλλητη υποαλλεργική ταινία, κορδόνι και μαξιλαράκι από αφρώδες υλικό και φοδραρισμένο στο κάτω άκρο στο οποίο αναρτάται το κορδόνι -Να έχουν καλή επικόλληση -Να επιτρέπουν τον αερισμό του δέρματος -Να μην αφήνουν σημάδια από το υλικό επικόλλησης -Να αναφέρεται η ημερομηνία συσκευασίας -Να εμπεριέχεται ελαστικός επίδεσμος. -Να κατατεθεί δείγμα για αξιολόγηση

6 & 37	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 4mm	Εξεταστικοί κώνοι – ωτοσκόπια πλαστικοί σε σχήμα οβάλ μιας χρήσης. Ιδανικοί για εξέταση. Να διατίθενται σε μεγέθη 4mm
7	ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ 2,5 mm	Εξεταστικοί κώνοι – ωτοσκόπια πλαστικοί σε σχήμα οβάλ μιας χρήσης. Ιδανικοί για εξέταση. Να διατίθενται σε μεγέθη 2,5mm
8 & 38	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΚΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ)	Επαναχρησιμοποιούμενα περιφερικά πλαστικά μανταλάκια σετ 4 τεμαχίων για ενήλικες Συμβατά με διαφορετικούς καρδιογράφους Χρώματα ευρωπαϊκών στάνταρ: κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και μαύρο Μεταλλικό μέρος από ειδικό κράμα αργύρου για μέγιστη αγωγιμότητα Διαστάσεις: 30mm x 130mm Διάρκεια ζωής 5 έτη από τη ημερομηνία κατασκευής
9 & 39	ΠΡΟΚΑΡΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (ΒΕΝΤΟΥΖΕΣ)	Σετ από 6 προκάρδια ηλεκτρόδια τύπου βεντούζα για ενήλικες ασθενείς Κατάλληλα για όλους τους τύπους καρδιογράφου Διάμετρος μεταλλικού στοιχείου 20mm με επικάλυψη από άργυρο
10 & 40	JEL ΥΠΕΡΗΧΩΝ 5 LT	Να είναι υπεραγώγιμο, υποαλλεργικό, υδατοδιαλυτό Να διατίθεται σε συσκευασία 5lt Να καθαρίζεται εύκολα και να μην αφήνει σημάδια ή αποχρωματισμούς Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18)μήνες από την παράδοση
11	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ 151X100X150	Χαρτί καρδιοτογράφου συμβατό με Edan F2 ,αναδιπλούμενο σε διαστάσεις 151mmX100mm, σε πακέτο των 150 φύλλων.
12	ΧΑΡΤΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ REVCO	1. Να είναι θερμογραφικό και να μην χρειάζεται η χρήσης μελάνης. 2. Να είναι κυκλικό με διάμετρο 15,2-15,5cm 3. Να είναι σχεδιασμένο για εβδομαδιαία χρήση με αναγραφόμενες τις ημέρες της εβδομάδας. 4. Η διαβάθμιση της θερμοκρασίας να είναι από +25- 40oC 5. Να είναι καλής ποιότητας 6. Η συσκευασία να καλύπτει τις ανάγκες για ένα έτος (τουλάχιστον 52 φύλλα) 7. Να είναι κατάλληλο για ψυγείο συντήρησης αίματος και συντήρησης πλάσματος REVCO.
13	ΧΑΡΤΙ ΑΠΙΝΔΩΤΗ NIHON KODEN 50X100X200	Θερμογραφικό, μιλιμετρέ χαρτί για απινιδωτή Nihon-Kohden, αναδιπλούμενο σε διαστάσεις 50 x 100 mm, σε πακέτο 200 φύλλων.
14 & 41	ΚΡΕΜΑ ΖΕΛΕ ΓΙΑ Η.Κ.Γ. & ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 250 ml	Να είναι υπεραγώγιμο, υποαλλεργικό, υδατοδιαλυτό Να διατίθεται σε συσκευασία διάφανου σωληναρίου 250ml-350 ml Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18)μήνες από την παράδοση

15 & 42	ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α) LEON PLUS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LOWENSTEIN Β) PERSEUS A500 Γ) PRIMUS ΟΙΚΟΥ DRAEGER)	
16	ΣΤΕΙΡΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΑΝΙΤΟΛΗΣ ΣΟΡΒΙΤΟΛΗΣ (3 LT)	Σύνθεση: Sorbitol : 27 gr / lt & Mannitol : 5,4 gr / lt (2,7% Mannitol : 0,54 %). Το διάλυμα περιέχεται σε εύκαμπτους σάκους των τριών (3) λίτρων, ο κάθε σάκος φέρει κατάλληλη υποδοχή για τη σύνδεσή του με τον αγωγό και διαθέτει σύστημα ανάρτησης, είναι στείρο , ελεύθερο πυρετογόνων και παρέχει άριστο οπτικό πεδίο στο χειρουργό κατά τις διουρηθρικές επεμβάσεις. είναι κατάλληλο για διεγχειρητική και μετεγχειρητική έκπλυση της ουροδόχου κύστεως σε: διουρηθρικές προστατεκτομές, υπερπλασίες κύστεως , υπερηβική προστατεκτομή , κυστεοσκόπηση , λιθοθριψία κ. λ. π.
17	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΣΠΟΓΓΟΣ ΜΕ ΟΠΗ	Απορροφήσιμος αιμοστατικός σπόγγος ζελατίνης. Να είναι αποστειρωμένος. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στεγνός ή εμποτισμένος σεφυσιολογικό όρο χωρίς να διαλύεται. Να μην κολλάει στα γάντια και τα εργαλεία όταν βραχεί να απορροφάται σε 3-5 εβδομάδες να μην προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις να μην χρειάζεται ιδιαίτερες συνθήκες αποθήκευσης διαστάσεις 30 x 80 cm
18 & 44	ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ	Αιμοστατική γάζα από αναγεννημένη κυτταρίνη, βακτηριοστατική, να συντηρείται εκτός ψυγείου. Διαστάσεις: 10cm * 20cm
19	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α) LEON PLUS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ LOWENSTEIN Β) PERSEUS A500 Γ) PRIMUS ΟΙΚΟΥ DRAEGER)	Φίλτρο μηχανικό, αντιμικροβιακό, με πτυχώμενη μεμβράνη 100% υδρόφοβη. υψηλής προστασίας HEPA βάσει προτύπου EN 1822-1:1998, μιας χρήσεως. Να διαθέτει τα κάτωθι χαρακτηριστικά: - Συγκράτηση βακτηρίων και ιών κατά 99.9999%. Να έχει Νεκρό χώρο έως 55ml. - Κατασκευασμένο χωρίς latex και PVC, (υποαλλεργικό), εξαλείφοντας έτσι τον κίνδυνο χρήσης των συνοδών ουσιών πλαστικοποίησης του PVC (softeners) όπως το πιο κοινό DEHP (τοξικό και καρκινογόνο). - Κατασκευασμένο σε απόλυτα καθαρούς χώρους ώστε να μην χρειάζεται αποστείρωση μετά την κατασκευή του, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14644-1:1999. - Χαμηλού βάρους, περίπου 45 g». - Κατάλληλο για αερισμούς αναπνεόμενων όγκων από 300 έως 1500 ml. - Να διαθέτει θύρα δειγματοληψίας, για σωληνάκι καπνογραφίας Luer Lock και ενσωματωμένο συγκρατούμενο καπάκι. - Χαμηλής αντίστασης ροής μικρότερης από 1,6 mbar στα 30L/min. Μηχανικά, αντιμικροβιακά φίλτρα αναπνευστήρων τύπου HEPA FILTER Να είναι απόλυτα διαφανή, να προσφέρουν πολύ υψηλά επίπεδα αντιμικροβιακής-αντιϊκής προστασίας, (προστασία από ιούς & βακτηρίδια HIV, Hepatitis c phix174, χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο, μυκοβακτήριο φυματίωσης, κ.λ.π.). Να διαθέτουν μηχανική πτυχώμενη μεμβράνη υψηλής αντιμικροβιακής προστασίας, με υψηλή αντιβακτηριακή ικανότητα >99,9999% για αερομεταφερόμενα βακτήρια και ιούς και υψηλή αντιϊκή ικανότητα >99,999%. Να είναι μιας χρήσης, σε ατομική αποστειρωμένη συσκευασία.
20	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΚΟΠΗΣ	Διπολικό ηλεκτρόδιο κοπής τύπου loop πολλαπλών χρήσεων συμβατό με το ρεζετοσκόπιο του Νοσοκομείου μας του οίκου R. Wolf.

21	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΕΞΑΧΝΩΣΗΣ	Διπολικό ηλεκτρόδιο εξάχνωσης ΒΙVar μιας χρήσης συμβατό με το ρεζετοσκόπιο του Νοσοκομείου μας του οίκου R. Wolf (σε σετ 3τμχ)
22	ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ	Διπολικό ηλεκτρόδιο αιμόστασης τύπου roller μιας χρήσης συμβατό με το ρεζετοσκόπιο του Νοσοκομείου μας του οίκου R. Wolf (σε σετ 3τμχ.)
23	ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 57MMX30MM	ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 57MMX30M
24	ΧΑΡΤΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΩΝ MAC 2000 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:210mm*2 95mm*150 sh	ΧΑΡΤΙ ΗΚΓ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΕΓΜΑ,ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 2 ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΗΚΓ GE MAC 2000 (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 150 ΦΥΛΛΩΝ)
25	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ MAC 800 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 110mm*140mm*142sh	ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ Z/ FOLD THERMAL MEDICAL PAPER FOR E.C.G. ΠΛΑΤΟΥΣ 110 MM X 140 MM X 144 ΦΥΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ HELLIGE MAC 800
26	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ Η.Κ.Γ ΡΟΛΟ ΜΕ ΚΑΡΕ 50ΧΙΛ X 20 ΜΕΤΡΑ	ΧΑΡΤΙ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΕ ΚΑΡΕ 50 ΧΙΛ.Χ 20ΜΕΤΡΑ
27	ΣΤΕΙΡΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 15 -25 ml	Στείρο Αλατούχο Διαλυμα Οφθαλμολογικών Πλύσεων 25ml.
28	ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟ 16G	<ul style="list-style-type: none"> • Μιας χρήσης, ατομική, διαφανής, συσκευασία με εύκολο άσηπτο άνοιγμα. Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλμ (blister) και ιατρικό (medical grade paper) χαρτί που θα διασφαλίζει την αποστείρωση. • Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης. • Να είναι αποστειρωμένες (διάρκεια 3-5 έτη), μη τοξικές και απαλλαγμένες πυρετογόνων ουσιών. • Η πλαστική κεφαλή της βελόνης να εφάπτεται αεροστεγώς σε σύριγγες τύπου luer και luer lock. • Η κωνική κεφαλή της βελόνης να είναι σύμφωνη με τον τύπο ISO 594/1 και να φέρει διακριτικό χρώμα (χρωματικός κώδικας) που θα επιτρέπει τον προσδιορισμό της διαμέτρου της βελόνης. • Να είναι ημιδιαφανής στο σημείο σύνδεσης με την σύριγγα για την εύκολη παρατήρηση της παλινδρόμησης του αίματος. • Ευθύς σωλήνας βελόνης, σε κανονικό πάχος τοιχώματος, χωρίς ελαττώματα κατασκευής και μη αποσπώμενα σωματίδια. • Η εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα να είναι λεία. • Τα αμβλύ άκρο της βελόνης να είναι αιχμηρό, χωρίς προεξοχές και ελαττώματα. • Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα βελόνας, εύκολα αφαιρούμενο, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερος χειρισμός. • Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485. • Να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE

29	ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΥΔΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 27 G	<ul style="list-style-type: none"> • Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 13485. • Να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE
30	ΚΥΣΤΕΟΤΟΜΟΙ (CYSTITOME) 27 G	<ul style="list-style-type: none"> • Μιας χρήσης, ατομική, διαφανής, συσκευασία με εύκολο άσηπτο άνοιγμα. Υλικά συσκευασίας: πλαστικό φιλμ (blister) και ιατρικό (medical grade paper) χαρτί που θα διασφαλίζει την αποστείρωση.
31	ΟΠΙΣΘΟΒΟΛΒΙΑ ΒΕΛΟΝΑ ATKINSON 25 G (RETROBULBAR)	<ul style="list-style-type: none"> • Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής και η ημερομηνία λήξης. • Να είναι αποστειρωμένες (διάρκεια 3-5 έτη), μη τοξικές και απαλλαγμένες πυρετογόνων ουσιών.
32	ΚΑΝΟΥΛΑ VECTIS 25G (ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΠΥΡΗΝΑ	
36	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ	Σφουγγαράκια καθαρισμού ασθενούς, εμποτισμένα με ειδικό αντιαλλεργικό υγρό πλύσης σώματος που να μας επιτρέπει τον πλήρη καθαρισμό και την καλλυντική περιποίηση του ασθενούς σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Το υλικό να είναι υποαλλεργικό με ουδέτερο PH.
43	ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΑΣΚΟ ΜΗ ΕΠΑΝΕΙΣΠΝΟΗΣ ΠΑΙΔΩΝ	<p>Να είναι κατασκευασμένη από μαλακό, ατοξικό πλαστικό υλικό</p> <p>Να είναι άχρωμη και διαφανής</p> <p>Να έχει ρυθμιζόμενο επιρίνιο μεταλλικό έλασμα για να είναι εφικτή η σωστή εφαρμογή της μάσκας και να εμποδίζει τις διαρροές O₂ και κατάλληλη για όλα τα μεγέθη προσώπου παιδιών</p> <p>Να φέρει σωλήνα μήκους 2 m, με εσωτερικές αυλακώσεις που να προστατεύουν από διακοπή παροχής O₂ σε περίπτωση τσακίσματός του</p> <p>Επί της μάσκας να υπάρχουν οι κατάλληλες βαλβίδες ροής</p> <p>Ο αποθεματικός ασκός να είναι υψηλής αντοχής έναντι του σκισίματος</p> <p>Όλο το σετ να είναι μιας χρήσης και να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα</p> <p>Να έχει πιστοποίηση κατά ISO και CE mark</p> <p>Να προσκομιστούν με την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή, καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας του προϊόντος</p> <p>Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση</p>
ΔΕΙΓΜΑΤΑ: για τα ανωτέρω είδη μιας χρήσης να κατατεθούν δείγματα προς αξιολόγηση.		

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- **Υπεύθυνη δήλωση** της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) , στην οποία θα δηλώνεται:
 - ✓ Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
 - ✓ Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - ✓ Το σύνολο των στοιχείων που κατατίθενται στην προσφορά του οικονομικού φορέα είναι αληθή και ακριβή.
 - ✓ Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
 - ✓ Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
 - ✓ Χρόνος ισχύος της προσφοράς εκατόν είκοσι (120) ημέρες.

- Ποινικό μητρώο εκπροσώπου/ων,
- Φορολογική ενημερότητα
- Ασφαλιστική ενημερότητα
- Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας
- Πιστοποιητικό αναλυτικής εκπροσώπησης ΓΕΜΗ.
- ✓ **Την «Τεχνική Προσφορά»: συμπλήρωση και υποβολή του πίνακα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά.**

2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διατίθεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής www.hoslak.gr & στο <https://access.eprocurement.gov.gr/>
 Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον προσφέροντα για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι προσφορές υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Προσφορά» της εταιρείας.....

Με Αρ. **11168** Προσφοράς, υπόψη Μουτσατσού Μανώλη, Ταχ. Διεύθυνση: Γ. Ν. Λακωνίας – Ν. Μ. Μολάων Τ.Κ: 23052 Μολάοι Λακωνίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση, το αργότερο μέχρι τις **02.12.2024** και ώρα 14:00 στη Γραμματεία – Πρωτόκολλο της Ν. Μ. Σπάρτης.

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει στις 03/12/2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

- **Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα δεν γίνονται αποδεκτές.**

5. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως από :

- Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»
- Το ν. 4605/01-04-2019 (Α'52) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016.
- Το ν. 4782/09-03-2021 (Α' 36) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ