

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΛΑΩΝ  
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ**

Στους Μολάους σήμερα 12-11-2024 Τρίτη ώρα 10:00 π.μ., συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με την υπ' αριθμ. 35ης/15-10-2024 (Θέμα 10<sup>ο</sup>) με ΑΔΑ: 6ΤΓΚ46907Η-4ΤΤ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Λακωνίας, προκειμένου να συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια «Φορείων ασθενών», οι οποίες θα προχωρήσουν στο στάδιο της διαβούλευσης.

Η Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα συμφώνησε στα παρακάτω:

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για:**

**ΦΟΡΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ**

1. Το φορείο να διαθέτει μεγάλους τροχούς διαμέτρου έως 20cm(200mm) και κεντρικό σύστημα φρένων και στους τέσσερις τροχούς.
2. Τα φρένα να ενεργοποιούνται από ποδομοχλό και στις δύο πλευρές του φορείου, όπως επίσης διαθέτει 5ο τροχό κατεύθυνσης.
3. Να έχει κίνηση του τμήματος της πλάτης 0-90°Αυξομείωση του ύψους του επιπέδου του φορείου από 63-85εκ. ( $\pm 5\%$ ) Κλίση trendelenburg και anti- trendelenburg  $\pm 12^\circ$ . Οι τελικές εξωτερικές διαστάσεις του φορείου είναι 200x72cm( $\pm 5\%$ ).
4. Ο σκελετός του φορείου φέρει προσκρουστήρες στις τέσσερις (4) γωνίες.
5. Η επιφάνεια του φορείου είναι ακτινοδιαπερατή από υλικό HPL.
6. Το στρώμα του φορείου είναι από αφρώδες υλικό μεγάλου πάχους8cm( $\pm 5\%$ ).
7. Ο μεταλλικός σκελετός του φορείου είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος.
8. Η βάση του φορείου φέρει πλαστικό κάλυμμα για προστασία των μηχανισμών και για εύκολο καθαρισμό. Όλα τα εξαρτήματα είναι επιμελώς τακτοποιημένα μέσα σε θήκη για προστασία κατά τον καθαρισμό από το προσωπικό, αδιάβροχο, και μπορεί να απολυμανθεί. Να συνοδεύεται από ένα (1) στατώ ορού ρυθμιζόμενου ύψους δύο θέσεων. Να υπάρχουν υποδοχείς στατώ και στις τέσσερις γωνίες. Να φέρει χειρολαβές μετακίνησης που είναι στην πλευρά της κεφαλής και των ποδιών. Να διαθέτει βάση για φιάλη οξυγόνου και ράφι για τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων του ασθενή.
9. Να δέχεται ασθενείς βάρους  $\geq 250$  Kg.
10. Το φορείο να έχει τηλεσκοπικά προστατευτικά κάγκελα, δυο στο σύνολό τους, που τοποθετούνται ένα σε κάθε πλευρά του φορείου και να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρει σήμανση CE. Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001 & ISO 13485.

Η δαπάνη για τέσσερα (4) «Φορεία ασθενών» εκτιμάται στα 10.168,00€ περίπου (συμπεριλαμβανομένου του φπα).