

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
" ΣΕΤ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΙΣΧΙΟ - ΓΟΝΑΤΟ "**

Της συνεδριάσεως της Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 14^η/07-07-2025 (θέμα 1^ο) με ΑΔΑ: 999046907Η-ΒΦ2 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με έργο τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών των κατηγοριών που απέβησαν άγωνα και η τεχνική διαβούλευση αυτών μέσω ΕΣΗΔΗΣ, κατόπιν ολοκλήρωσης της υπ' αρ. 8/2025 με ΑΔΑΜ: 25PROC016823574 διακήρυξη της Ν. Μ. Σπάρτης ως εξής:

A.1 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (CR).

A.3 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ (PS).

A.9 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ, ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ.

B.7 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ.

Κατόπιν πρόσκλησης του κ. Βέργαδου Νικόλαου Προέδρου της Επιτροπής, στη συνεδρίαση της 24^{ης} Σεπτεμβρίου 2025 παρέστησαν οι:

- κ. Βέργαδος Νικόλαος, ειδικευμένος ιατρός Επιμ Β' Ορθοπαιδικής – Τραυματιολογίας, κλάδου Ε.Σ.Υ.
- κα Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα – Μιχαέλα επικουρική ιατρός ειδικότητας Ορθοπαιδικής.
- κ. Μαρινάκος Δημήτριος, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής.

Κατόπιν απαρτίας και σε εκτέλεση της ανωτέρω Απόφασης, η επιτροπή παραθέτει τις τεχνικές προδιαγραφές με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά, τις λειτουργικές απαιτήσεις και τη συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα πρότυπα, από ανεξάρτητους φορείς προς απόδειξη της αποτελεσματικότητας των υπό προμήθεια ειδών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται αναλυτικά ως κάτωθι:

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ CR ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ (κατηγορία A1) :

- Κνημιαία πρόθεση από κράμα Τιτάνιου Ti για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Η πρόθεση να είναι ασύμμετρη και ανατομική (αριστερή-δεξιά) και να διατίθεται σε 8 τουλάχιστον μεγέθη, και για τη αριστερή και για την δεξιά πρόθεση. Η εσωτερική βάση της επιφάνειας της πρόθεσης που συνδέεται με το πολυαιθυλένιο να είναι υψηλού γυαλίσματος για μεγαλύτερη αντοχή και ανοχή στις δυνάμεις.
- Μηριαία πρόθεση CR, υψηλής γυαλιστερής επιφάνειας από κράμα χρωμίου κοβαλτίου (CoCr), για διατήρηση του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου, ανατομική, αριστερή-δεξιά, για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Διαθέσιμη σε μεγέθη standard και narrow για την αριστερή

και για την δεξιά άρθρωση. Εκ των οποίων τουλάχιστον (6) μεγέθη να είναι για standard τύπο και (6) μεγέθη για narrow τύπο.

- Ένθετα πολυαιθυλένια για διατήρηση του οπίσθιου χιαστού CR, ειδικού σχεδιασμού που να επιτρέπει υψηλή κάμψη για μεγαλύτερη αντοχή και ανοχή στην φθορά και τις δυνάμεις. Διαθέσιμα σε τέσσερα μεγέθη και 5 πάχη ανά μέγεθος 9mm, 11mm, 13mm, 15mm και 18mm. Τα ένθετα να ασφαλίζουν στην κνημιαία πρόθεση.

Αρ. Μητρώου Παρατηρητηρίου Τιμών Υγείας: 33.4.117 → 903,00€ πλέον Φ.Π.Α

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ PS ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ (κατηγορία A3):

- Κνημιαία πρόθεση από κράμα Τιτάνιου Ti για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Η πρόθεση να είναι ασύμμετρη και ανατομική (αριστερή-δεξιά) και να διατίθεται σε 8 τουλάχιστον μεγέθη, και για τη αριστερή και για την δεξιά πρόθεση. Η εσωτερική βάση της επιφάνειας της πρόθεσης που συνδέεται με το πολυαιθυλένιο να είναι υψηλού γυαλίσματος για μεγαλύτερη αντοχή και ανοχή στις δυνάμεις.
- Μηριαία πρόθεση PS υψηλής γυαλιστερής επιφάνειας από κράμα χρωμίου κοβαλτίου (CoCr), για απουσία του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου, ανατομική, αριστερή-δεξιά, για χρήση με ακρυλικό τσιμέντο. Διαθέσιμη σε μεγέθη standard και narrow για την αριστερή και για την δεξιά άρθρωση. Εκ των οποίων τουλάχιστον (6) μεγέθη είναι για τον standard τύπο και (6) μεγέθη για τον narrow τύπο.
- Ένθετο πολυαιθυλένιο για απουσία του οπίσθιου χιαστού PS, ειδικού σχεδιασμού που να επιτρέπει υψηλή κάμψη για μεγαλύτερη αντοχή και ανοχή στην φθορά και τις δυνάμεις. Διαθέσιμα σε τέσσερα μεγέθη και 5 πάχη ανά μέγεθος 9mm, 11mm, 13mm, 15mm και 18mm. Τα ένθετα να ασφαλίζουν στην κνημιαία πρόθεση.

Αρ. Μητρώου Παρατηρητηρίου Τιμών Υγείας: 33.4.120 → 1.132,00€ πλέον Φ.Π.Α

Για τις κατηγορίες **A9 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ, ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ & B7 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ** κατόπιν επικοινωνίας με οικονομικούς φορείς διακίνησης – εμπορίας οστεοσυνθετικών υλικών, δεν κατέστη δυνατή η ανεύρεση τεχνικών χαρακτηριστικών με αντιστοίχιση στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγείας. Ως εκ τούτου οι τεχνικές προδιαγραφές των εν λόγω κατηγοριών παραμένουν οι εγκεκριμένες της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ).

Τέλος καθότι, η Επιτροπή έχει καθαρά γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, καταθέτουμε το παρόν πρακτικό προς τεχνική διαβούλευση και παρακαλούμε για τις αποφάσεις και τις ενέργειές σας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΜΠΑΔΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ – ΜΙΧΑΕΛΑ

ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ